

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2011

*Per la Commissione,
a nome del presidente*
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione

ALLEGATO

Designazione delle merci	Classificazione (Codice NC)	Motivazione
(1)	(2)	(3)
Un apparecchio manuale meccanico destinato a erogare un liquido in un contenitore a fini di analisi titrimetriche (denominato «titolatore digitale»). L'apparecchio si compone di un distributore meccanico regolabile con lo spazio per una cartuccia, un rubinetto erogatore, un contatore meccanico, un pulsante per azzerare il contatore e un'impugnatura. Il titolatore è un apparecchio erogatore di precisione che, a ogni giro del rubinetto, eroga una goccia di soluzione titolata impiegata nel liquido da analizzare (analita). La goccia contiene un volume specifico di soluzione titolata. Il numero di gocce erogato dal titolatore è visualizzato dal contatore. Il risultato analitico è determinato dalla reazione dell'analita al quantitativo erogato di soluzione titolata. Il quantitativo di soluzione titolata si determina moltiplicando il numero di gocce per il volume specifico della soluzione titolata usata.	8479 89 97	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata nonché dal testo dei codici NC 8479, 8479 89 e 8479 89 97. Poiché l'apparecchio non sposta continuamente volumi di liquidi, la classificazione come pompa per liquidi della voce 8413 è pertanto esclusa. L'apparecchio non esegue l'analisi chimica della soluzione titolata o dell'analita. La classificazione come strumento o apparecchio per analisi fisiche o chimiche della voce 9027 è pertanto esclusa. Anche se l'apparecchio partecipa allo svolgimento di un'analisi chimica, non può essere considerato parte o accessorio di simili apparecchi in virtù della nota 2 a) del capitolo 90. L'apparecchio non è destinato a misurare in unità volumetriche il quantitativo di fluido che scorre in un tubo. La classificazione come apparecchio della voce 9028 è pertanto esclusa. L'apparecchio conta il numero di gocce ma non misura la quantità erogata. La classificazione come apparecchio della voce 9031 è pertanto esclusa. L'apparecchio non conta solo un numero totale di unità (gocce) bensì distribuisce principalmente un volume specifico di liquido e funziona quindi come una buretta dotata di un contatore meccanico. L'apparecchio deve quindi essere classificato nel codice NC 8479 89 97 quale altra macchina o apparecchio con una funzione specifica, non nominato né compreso altrove nel capitolo 84.

